

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

STERRAD 100 S Cassette จำนวน 500 ชุด

โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับการอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และสปอร์ของเชื้อโรคในวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนและความชื้นสูงได้ โดยมีระดับอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส

2. คุณลักษณะทั่วไป

สายละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 59% ถูกบรรจุใน cassette ที่มีความปลอดภัยจากการสัมผัสสารละลาย

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

3.1 ใช้งานได้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ พลาสมา ที่อุณหภูมิต่ำ

3.2 Cassette 1 ชุด ใช้งานได้จำนวน 5 รอบ การทำงานของเครื่องอบฆ่าเชื้อ

3.3 Cassette ถูกหุ้มด้วยกล่องกระดาษและพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสโดยตรงกับสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ที่อาจรั่วซึมออกมาได้ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้าย

3.4 มีแถบสีบนกล่องกระดาษ จะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่น เมื่อแถบสีสัมผัสกับสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่รั่วซึมออกมา

3.5 มี Bar Code, Lot No. และวันหมดอายุ สามารถมองเห็นได้บริเวณกล่องกระดาษ และด้านข้างของตัว Cassette

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 หาก cassette มีการชำรุด รั่วซึม จากการขนส่ง หรือความผิดพลาดจากการผลิต ผู้ขายต้องรับผิดชอบเปลี่ยนชุดใหม่ให้

4.2 Cassette ที่ส่งมอบแก่ผู้ใช้ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นางสุนิตย์ โพธิ์จันทร์)

(นางพัชรี ศรีถาวร)

(นางจุรีรัตน์ มัทธนะกุลชัย)



5. กำหนดส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

6. วงเงินในการจัดหา

2,236,000.-บาท

7. หลักประกันของ

111,800.-บาท

8. ระยะเวลาการยื่นราคา


60 วัน

หมายเหตุ


ประชาชนผู้สนใจ สามารถพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือทาง โทรสาร 0-4324-1463 ทั้งนี้จะต้องระบุ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาด้วย



.....
(นางสุนนิตย์ โพธิ์จันทร์)



.....
(นางพัชรี ศรีธพร)



.....
(นางจิริรัตน์ มหัทธนะกุลชัย)

