

ขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่๒)
ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. ความเป็นมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจด้านตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร การตรวจชันสูตรโรค เพื่อควบคุมประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตรวจชันสูตรโรค เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีภารกิจการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย และการศึกษา วิจัย แก้ไขปัญหาสาธารณสุขร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณงบลงทุนเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๒๐๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน) ต้องดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมซึ่งเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ได้ผู้ชนะการเสนอราคารายการที่ ๑ เครื่องนั่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับรายการที่ ๒ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง และรายการที่ ๓ เครื่องหาลายลายของตัวยามีดและแคปซูลแบบบีบมิ่งกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง คณะกรรมการจึงได้พิจารณายกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินจัดหาใหม่เป็นครั้งที่ ๒

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้เตรียมตัวอย่างชีววัตถุที่ติดเชื้อมีโรคที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่
- ๒.๒ เพื่อทดสอบการละลายของตัวยามีดและแคปซูลทั้งแบบทั่วไปและแบบ prompt release และ extended release ตามมาตรฐานเภสัชตำรับ(USP, BP)

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
- ๓.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

๕. ข้อกำหนดทั่วไป

- ๕.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ ทุกรายการที่ประสงค์เสนอราคา ทั้งนี้สามารถเสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง หรือครบทุกรายการ ดังต่อไปนี้
- (๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง
- (๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๕.๒ จะต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ดังนี้ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ ๖ โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค
- ๕.๓ จะต้องมีหนังสือรับรองการบริการแนะนำ สาธิต/สอนการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่อง พร้อมติดตามตรวจเช็คคุณภาพ ทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค
- ๕.๔ จะต้องมีหนังสือรับรองการบริการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะแต่ละรายการที่แนบท้าย TOR โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค
- ๕.๕ จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงผู้ผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอราคาผ่านการรับรองคุณภาพ ตามที่ระบุในคุณลักษณะแต่ละเครื่องที่แนบท้าย TOR โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค
- ๕.๖ ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอที่ครบถ้วน ตามข้อ ๔ ในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค โดยต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนที่แคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการที่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

- ๕.๗ จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เสนอราคา ที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการดำเนินการนับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่การขนส่ง ติดตั้ง การทดสอบคุณสมบัติของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การส่งมอบ/ตรวจรับ การสอนการใช้งาน และการสอบเทียบ(กรณีที่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์กำหนดไว้) และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคาทางด้านเทคนิค
- ๕.๘ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายเสนอปริมาณครุภัณฑ์ที่เสนอโดยระบุ ยี่ห้อ รุ่น ตามแบบที่กำหนด โดยให้ระบุจำนวน แต่ไม่ระบุราคาต่อหน่วย เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอในวันยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
- ๕.๙ ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุดแสดงบัญชีปริมาณครุภัณฑ์โดยระบุชื่อ ชนิดยี่ห้อ รุ่น และระบุตัวเลขต่อหน่วย ตามที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกซองจากผู้ออกหนังสือ คำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๖. การรับประกัน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์ รายการเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และทดสอบการใช้งานได้เป็นปกติที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือ ชัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และทดสอบการใช้งานได้เป็นปกติ พร้อมจัดทำรายงานทดสอบการใช้งาน บัญชีแสดงรายการ และติดเครื่องหมายที่รายการ ตามคุณลักษณะของเครื่องแต่ละรายการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ให้เสร็จสิ้นนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ภายในระยะเวลาดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| (๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ | ส่งมอบภายใน ๗๕ วัน |
| (๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ | ส่งมอบภายใน ๗๕ วัน |

๙. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๘๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอราคาแยกรายการทั้ง ๒ รายการ) รายละเอียดแต่ละรายการดังนี้


- (๑) ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ

ในการเสนอราคาจะต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๒) ๒,๓๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับเครื่องทาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ ในการเสนอราคาจะต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

- ทางไปรษณีย์ ส่งที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น
เลขที่ ๔๐๐/๒ ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐
- ทางโทรสาร ส่งที่หมายเลขโทรสาร ๐๔๓-๒๔๐-๘๔๕
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งที่ khonkaen@dmsc.mail.go.th
ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวิชัย ปราสาททอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอมรพรรณ อุ่นชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอริชา มหาโยธา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวาทีณี ตรีบุญล้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายธำปณพงศ์ พัดทาป)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบบ่มกึ่งอัตโนมัติ

คุณลักษณะทั่วไป

ใช้หาการละลายตัวของยาในรูปแบบยาเม็ดหรือแคปซูลชนิดปลดปล่อยทันที ยาเม็ดหรือแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้

1. เครื่องทดสอบการละลายตัวของยา (Dissolution tester)
2. เครื่องเก็บตัวอย่าง (Fraction collector)
3. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
4. เสื่อนไขอื่นๆ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องทดสอบการละลายตัวของยา (Dissolution Tester)
 - 1.1 เป็นไปตามมาตรฐานตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP) ฉบับ USP34 ขึ้นไป และกลุ่มประเทศ ยุโรป (EP)
 - 1.2 ประกอบด้วยแกนหมุนจำนวน 8 ชุด และอ่างน้ำมีอุณหภูมิสำหรับใส่ภาชนะทดสอบการละลายจำนวน 8 หลุม และมีระบายน้ำทิ้งพร้อมวาล์วเปิด-ปิด
 - 1.3 สามารถรองรับอุปกรณ์และการทำงานตาม USP Apparatus 1,2
 - 1.4 มีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่อง โดยสามารถแสดงค่าความเร็วรอบในการหมุนของแกน (rpm) ขณะทำงาน ค่าอุณหภูมิ (°C) และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ (hour หรือ minute)
 - 1.5 ชุดควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนของน้ำแยกจากตัวเครื่อง
 - 1.6 มีไฟหรือสัญญาณเตือนตามเวลาที่กำหนดได้ หรือเมื่อ Over heat หรือเมื่อเครื่องมีอาการผิดปกติ
 - 1.7 มีหัววัดอุณหภูมิในอ่างน้ำ (External Temperature Probe)
 - 1.8 สามารถปรับความเร็วรอบในช่วง 25 - 200 รอบต่อนาทีหรือกว้างกว่า โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน ± 2 รอบต่อนาทีหรือไม่เกิน $\pm 1\%$
 - 1.9 สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิห้องถึง 50 องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
 - 1.10 สามารถวัดอุณหภูมิ ในแต่ละ Vessel ได้พร้อมกัน
 - 1.11 มีอุปกรณ์จับยึด Vessel ให้อยู่ตำแหน่งตรงกลาง
 - 1.12 มีอุปกรณ์ในการปล่อยเม็ดยาอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปล่อยเม็ดยาได้ทั้งแบบพร้อมกัน หรือเหลื่อมเวลา

1.13 มีฝาปิด Vessel หรือมีระบบป้องกันการระเหยของ Medium

1.14 สามารถเปลี่ยนมาสู่มัดตัวอย่างแบบ Manual โดยใช้ Cannular ได้ทันที ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องเก็บตัวอย่างทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามคำสั่ง

1.15 สามารถตั้งพารามิเตอร์ของการทดสอบโดยผ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงานผ่านซอฟต์แวร์ หน้าจอและเก็บบันทึกเป็นวิธีวิเคราะห์ที่สามารถเรียกใช้ได้อีกโดยไม่ต้องสร้างใหม่ พร้อมเครื่องพิมพ์ผลการทดสอบ

1.16 เครื่องทดสอบการละลายของตัวยาสามารถทำงานได้ทั้งแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ และแบบเชื่อมต่อกับเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ

1.17 สามารถทำงานผ่าน Software โดย Software ต้องควบคุมและสร้างบันทึกโปรแกรม เพื่อสั่งงานเครื่องทดสอบการละลายของตัวยาและเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ พร้อมทั้งต้องรับประกัน Software ตลอดอายุการใช้งาน

2 เครื่องเก็บตัวอย่าง (Fraction collector)

2.1 มีปั๊มสำหรับการเก็บตัวอย่างจากเครื่อง Dissolution โดยมีช่องไม่น้อยกว่า 8 ช่อง โดยปั๊มเป็นชนิด Syringe Pump หรือ Piston Pump ที่มีความถูกต้อง ± 0.5 ml หรือดีกว่า ที่ปริมาตร 10 mL และสามารถกรองสารละลายขนาด 10 ไมครอน และ 0.45 ไมครอน เพื่อพร้อมวิเคราะห์ด้วย HPLC

2.2 สามารถเก็บตัวอย่างได้พร้อมกันอย่างน้อยครั้งละ 8 ตัวอย่าง

2.3 สามารถเก็บปริมาตรตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1-10 มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า

2.4 จำนวนครั้งของการเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

2.5 มีถาดสำหรับใส่ภาชนะเก็บ อย่างน้อยขนาดละ 2 ชุด

2.6 มีระบบชดเชย Dissolution Medium

2.7 สามารถควบคุมการขึ้น-ลงของอุปกรณ์สำหรับดูดตัวอย่างให้เลื่อน-ลง ดูดตัวอย่างตามเวลาที่ต้องการ

3 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)

3.1 อุปกรณ์ใน Apparatus 1 และ 2 ทำ ตามมาตรฐาน USP กรบชุด จำนวน Apparatus ละ 8 อัน

3.2 Basket (Stainless Steel ตามมาตรฐาน USP จำนวน 12 อัน

3.3 Glass Dissolution Vessel 1,000 ml จำนวน 12 ใบ

3.4 Sinkers ขนาดมาตรฐานตาม USP 8 อัน

3.5 Filter ขนาด 10 ไมครอนอย่างน้อย 200 อัน

3.6 Filter ขนาด 0.45 ไมครอนอย่างน้อย 1000 อัน หรือ 200 แผ่น ในชนิดของ Membrane Filter Plate

- 3.7 มีขวด(พร้อมฝา) หรือหลอดสำหรับใส่ตัวอย่างขนาด 2, 5 และ 10 ml ชนิดละ 200, 200 และ 100 ขวด ตามลำดับ (รวมไม่ต่ำกว่า 500 ขวด)
- 3.8 ฝาปิด Vessel จำนวน 8 อัน ยกเว้นมีระบบป้องกันการระเหยของ medium อยู่แล้ว
- 3.9 Prednisone Tablet สำหรับ Calibrate เครื่องตามมาตรฐาน USP พร้อม Certificate จำนวนอย่างน้อย 2 กล่อง (60 เม็ด) พร้อม USP Prednisone RS จำนวน 1 ขวด
- 3.10 ท่อสำหรับดูดตัวอย่าง (Cannular) ที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมกับ Medium ปริมาตร 500 , 900 และ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 8 ชิ้น
- 3.10 อุปกรณ์สำหรับวาง Apparatus 1 และ 2 จำนวน 2 ชิ้น
- 3.11 UPS สำรองไฟได้ทั้งระบบอย่างน้อย 30 นาที

4 เงื่อนไขอื่นๆ

- 4.1 มีใบรับรองมาตรฐาน การผลิตเครื่องมือจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบ ISO 9001 หรือเทียบเท่า และมาตรฐาน ISO 14000
- 4.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตแสดงว่าระบบอุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงาน
- 4.3 มีหนังสือรับรองว่าไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาและเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- 4.4 มีหนังสือรับรองว่าต้องดูแลแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งเครื่องทดสอบการละลายตัวของยา และเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องดังกล่าวใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- 4.5 มีหนังสือรับรองว่าจะดำเนินการหาเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาและ/หรือเครื่องเก็บตัวอย่าง รวมทั้งอะไหล่ของเครื่องมาให้ใช้ทดแทนโดยไม่คิดมูลค่า ในระหว่างรอการซ่อมแซมหรือหาสาเหตุ ความผิดปกติ กรณี เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาและ/หรือเครื่องเก็บตัวอย่าง เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือหาสาเหตุความผิดปกติเป็นระยะเวลานานเกิน 2 เดือน
- 4.6 มีเอกสารคู่มือการใช้งานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย คู่มือการบำรุงรักษาพร้อมผังวงจรไฟฟ้า
- 4.7 ติดตั้งเครื่องมือและระบบไฟฟ้าให้เครื่องทำงานได้
- 4.8 มีกอบรมผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้ทุก Apparatus ตลอดจนสามารถทดสอบประสิทธิภาพเครื่องด้วยตนเองได้ดี
- 4.9 มีใบรับรองการติดตั้งเครื่อง (Installation Certificate) และรายงานผลการสอบเทียบตามระบบคุณภาพเมื่อเริ่มติดตั้ง
- 4.10 รับประกันคุณภาพ 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้งเครื่องจนสามารถทำงานได้
- 4.11 ทำการสอบเทียบ (Calibration) 3 ครั้งต่อปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 4.12 ใช้กับไฟฟ้า 220 V/50 Hz.

4.13 เป็นเครื่องมือใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

4.14 เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนที่ทำการใหม่ บริษัทต้องทำการขนย้ายพร้อมติดตั้งและสอบเทียบ ณ ที่ทำการใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

รายละเอียดคุณลักษณะ

เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ

1. เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ตัวเครื่องทำจากโลหะแข็งแรง ทนทานมีช่องให้แสงผ่านบนฝาเครื่อง ห้องปั่นภายในเครื่องทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless steel bowl)
2. รองรับการใช้หัวปั่นแบบต่างๆได้ดังนี้
 - 2.1 Fixed Angle Rotor สำหรับหลอดขนาดตั้งแต่ 1.5 มิลลิลิตร ถึง 100 มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า
 - 2.2 Swing Out Rotor ความจุ 4x750 มิลลิลิตร สำหรับหลอดขนาดตั้งแต่ 15 มิลลิลิตร ถึง 750 มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า
3. ความเร็วสูงสุดของหัวปั่นชนิด Fixed Angle Rotor ไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที เมื่อใช้กับหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร ถึง 2.0 มิลลิลิตร
4. ความเร็วสูงสุดของหัวปั่นชนิด Swing Out Rotor ไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที เมื่อใช้กับหลอดขนาด 15 มิลลิลิตร ถึง 50 มิลลิลิตร
5. มีหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม
6. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานดังนี้
 - 6.1 ตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต่ 1 - 99 นาทีหรือกว้างกว่า
 - 6.2 ตั้งความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 500 15,000 รอบต่อนาที
 - 6.3 ตั้งค่าอัตราเร่งความเร็ว (Acceleration rate) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
 - 6.4 ตั้งค่าอัตราเบรก (Deceleration rate) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
7. มีจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าต่างๆ ดังนี้
 - 7.1 แสดงค่าความเร็วรอบ (RPM)หรือค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) ตามที่เลือก
 - 7.2 แสดงค่าอุณหภูมิในห้องปั่นที่ตั้งค่าและในขณะที่ทำงาน
 - 7.3 แสดงเวลาการทำงานที่ตั้งโปรแกรมไว้และแสดงเวลาที่เหลือในการทำงาน
8. ใช้มอเตอร์ชนิดขับเคลื่อนโดยไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
9. สามารถเลือกการทำงานได้ดังนี้
 - 9.1 ตั้งค่าความเร็วและเวลาการทำงานที่ต้องการและสั่งเริ่มการทำงานและสามารถเลือกการทำงานแบบต่อเนื่องไม่จำกัดเวลา (Continuous/Hold) ได้
 - 9.2 เลือกโปรแกรมในหน่วยความจำที่ตั้งค่าการทำงานไว้แล้วและสั่งเริ่มการทำงาน
10. มีระบบความปลอดภัยดังนี้
 - 10.1 มีชุดล็อกฝาเครื่องป้องกันการเปิดฝาเครื่องขณะกำลังทำงาน
 - 10.2 เครื่องจะตั้งไม่ปั่นหากกดปุ่มเริ่มทำงานโดยไม่ปิดฝาเครื่อง
 - 10.3 มีระบบตัดการทำงานถ้าเกิดความไม่สมดุลของการปั่น


10.4 มีระบบตรวจสอบความเร็วของการปั่นและป้องกันการปั่นด้วยความเร็วสูงเกิน

11. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อทำงานครบเวลาที่ตั้งไว้
12. มีเสียงดังขณะทำงานไม่เกิน 80 เดซิเบล
13. มีระบบควบคุมอุณหภูมิสามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง -9 ถึง 40 องศาเซลเซียสหรือกว้างกว่า
14. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

14.1 หัวปั่นSwing Out Rotor 4x750 ml	จำนวน	1	อัน
14.2 Bucket สำหรับหัวปั่น (4 อัน/ชุด)	จำนวน	1	ชุด
14.3 Seal Lid สำหรับปิด Bucket (4 อัน/ชุด)	จำนวน	1	ชุด
14.4 Adapter สำหรับบรรจุหลอด ขนาด 15 มิลลิลิตรได้ อย่างน้อย 12 หลอดต่ออัน (4 อัน/ชุด)	จำนวน	2	ชุด
14.5 Adapter สำหรับบรรจุหลอด ขนาด 50 มิลลิลิตรได้ อย่างน้อย 4 หลอดต่ออัน (4 อัน/ชุด)	จำนวน	2	ชุด
14.6 หัวปั่นFixed Angle Rotor สำหรับบรรจุหลอด 1.5-2.0 ml จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอดพร้อมฝาปิดหัวปั่น	จำนวน	1	อัน
14.7 เครื่องชั่งชนิด two pan สำหรับชั่งตัวอย่าง	จำนวน	1	เครื่อง
14.8 คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ	จำนวน	1	เล่ม
14.9 คู่มือการใช้ภาษาไทย	จำนวน	1	เล่ม
15. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ
16. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
17. มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration certificate)
18. มีการฝึกสอนหรือฝึกการใช้เครื่องหลังจากการติดตั้ง
19. มีใบรับรองการติดตั้งเครื่อง (Installation Certificate) และรายงานผลการสอบเทียบตามระบบ คุณภาพเมื่อเริ่มติดตั้ง
20. ทำการสอบเทียบ (Calibration) 2 ครั้งต่อปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
21. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,205,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 22 กันยายน 2557
เป็นเงิน 3,205,000.- บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ต่อไปนี้
3.1 เครื่องนั่งฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000.- บาท
3.2 เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000.- บาท
3.3 เครื่องทำการละลายของตัวอย่างเม็ดและแคปซูลแบบบีมกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,355,000.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากราคาท้องตลาด
4.1 บริษัท เบทไทย กรุงเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัด
4.2 บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จำกัด
4.3 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
4.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.นอร์เทิส
4.5 บริษัท มอร์เทคโนโลยี จำกัด
4.6 บริษัท โนวา โลฟ ซายน์ จำกัด
4.7 บริษัท เอส.เอ (ขอนแก่น) จำกัด
4.8 บริษัท Mac & Cham International Co:Ltd
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางเพียงใจ วงศ์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
5.2 นางอริษา มหาโยธา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
5.3 นายธีรวัฒน์ สุภาวัฒน์พันธ์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
5.4 นางสาวภาวดี น้อยอาษา เกสัชกรชำนาญการ
5.5 นางพรหมน ทาขุลี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ



(นายอุดมเกียรติ พรธนประเทศ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่/.....
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่๒)
 ตามประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ลงวันที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ตามรายการ ดังนี้

(๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง

(๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันของ

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แบบแผนปฏิบัติการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เสนอราคา

๑.๙ ข้อกำหนดทั่วไป

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ ทุกรายการที่ประสงค์เสนอราคา ทั้งนี้สามารถ เสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง หรือครบทุกรายการ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง

(๑.๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

(๒) จะต้องมียกเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ดังนี้ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของ เสนอราคาทางด้านเทคนิค

(๓) จะต้องมีหนังสือรับรองการบริการแนะนำ สาธิต/สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่อง พร้อมติดตามตรวจเช็คคุณภาพ ทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค

(๔) จะต้องมีหนังสือรับรองการบริการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะแต่ละรายการที่แนบท้าย TOR โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค

(๕) จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงผู้ผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอราคาผ่านการรับรองคุณภาพ ตามที่ระบุในคุณลักษณะแต่ละเครื่องที่แนบท้ายTOR โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค

(๖) ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอครบถ้วน ตามข้อ ๑.๑ ในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค โดยต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนที่แคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการที่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา รูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน

(๗) จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เสนอราคา ที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการดำเนินการนับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่การขนส่ง ติดตั้ง การทดสอบคุณสมบัติของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การส่งมอบ/ตรวจรับ การสอนการใช้งาน และการสอบเทียบ(กรณีที่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์กำหนดไว้) และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล โดยต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคาทางด้านเทคนิค

(๘) ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายเสนอปริมาณครุภัณฑ์ที่เสนอโดยระบุ ยี่ห้อ รุ่น ตามแบบที่กำหนด โดยให้ระบุจำนวน แต่ไม่ระบุราคาต่อหน่วย เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอในวันยื่นของเอกสารทางด้านเทคนิค

(๙) ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุดแสดงบัญชีปริมาณครุภัณฑ์โดยระบุชื่อ ชนิด ยี่ห้อ รุ่น และระบุตัวเลขต่อหน่วย ตามที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมจะริบหลักประกันของ หรือเรียกจ้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกจ้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

๒.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

๒.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- (๔) หลักประกันของ ตามข้อ ๕
- (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- (๖) หลักฐานแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ที่ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

- (๗) เอกสารตามข้อกำหนดทั่วไป ตามข้อ ๑.๙
- (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน โดยจะยื่นเสนอราคาทุกรายการ ทั้ง ๒ รายการ หรือเลือกเสนอรายการหนึ่งรายการใด หรือหลายรายการก็ได้

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ไม่เกินกำหนดระยะเวลาดังนี้

- (๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ ส่งมอบภายใน ๗๕ วัน
- (๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ ส่งมอบภายใน ๗๕ วัน

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทุกรายการที่ประสงค์เสนอราคาพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ (ในกรณีประสงค์เสนอราคามากกว่าหนึ่งรายการ ให้จัดทำเอกสารส่วนที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด และเอกสารส่วนที่ ๒ ตามจำนวนรายการที่ประสงค์เสนอราคา โดยให้แยกของเอกสารแต่ละรายการออกจากกัน)

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ ภายใน...๓..... วัน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ตั้งแต่เวลา..... ถึงเวลา.....น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
(๒.๑) ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ

(๒.๒) ๒,๓๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับเครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ของแต่ละรายการดังนี้

(๖.๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๖.๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค แต่ละรายการที่ประสงค์เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ดังนี้

(๑) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๒) เครื่องทำการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จำนวนเงิน ๑๑๗,๗๕๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอ ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ แจ็งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคา ต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาแยกแต่ละรายการ

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์ จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อกรม เท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หาก หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กรมทรวงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับกรม โดยตรง ภายใน.....๗... ..วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ครุภัณฑ์ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเครื่องहाการละลายของตัวยามืดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ.....ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) ให้แก่กรม ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามีได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นที่ไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
.....(วัน เดือน ปี).....

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้ำประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยื่นยื่นราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยื่นยื่นราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ำประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดुकำหนดวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคำนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคา ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ำสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดได้ เช่น กรณีกำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กำหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สำหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกำหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

.....

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ตามรายการดังนี้

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| ๑. เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ | จำนวน ๑ เครื่อง |

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
- ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น และ
กำหนดเสนอราคาในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาจะต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. หลักฐานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือบริคณห์สนธิ
๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นซื้อแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ในวันที่

..... ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของจังหวัดขอนแก่น www.khonkaenpoc.com, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๔๓)๒๔๐๘๐๐ ต่อ ๑๑๑๐ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหน่วยงานหมายเลข ๐๘๕-๐๑๐-๐๐๒๙ และ ๐๘๕-๐๐๐-๗๘๗๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗