


ร่างขอบเขตงาน Term of Referene (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
(Sterile Surgical Glover) โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์


โรงพยาบาลขอนแก่น มีความจำเป็นต้องใช้ถุงมือยางที่ใช้ในการผ่าตัด ตลอดทั้งการบริการแพทย์
พยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในการบำบัดรักษาผู้ป่วย

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 เป็นถุงมือยางที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว และออกแบบใช้สำหรับการผ่าตัด
- 2.2 ถุงมือแต่ละข้างจะต้องมีเครื่องหมายระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) และเป็น
ขนาดมาตรฐาน
- 2.3 ถุงมือแต่ละคู่จะต้องมีคุณสมบัติสวมใส่กับมือได้โดยกระชับ ไม่ลื่นหลุดและไม่บีบรัดมือ
จนเกินไป ความยาวของถุงมือแต่ละขนาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถสวมลงถึง
ง่ามนิ้วได้พอดี
- 2.4 ถุงมือจะต้องมีสัญลักษณ์บอกขนาด ไม่มีขอบ
- 2.5 เนื้อยางมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
- 2.6 ถุงมือทุกข้างจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจมีผลเสีย
ต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
- 2.7 ถุงมือทุกข้างจะต้องไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นได้ แป้งที่ใช้คลุมถุงมือเพื่อช่วยในการ
สวมใส่นั้นจะต้องเป็นแป้งที่ใช้ในการแพทย์
- 2.8 สามารถทนความร้อนได้สูง (นึ่งฆ่าเชื้อได้ด้วยไอน้ำ) และสามารถนำมาใช้ได้อีก
- 2.9 ถุงมือทุกข้างต้องได้ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว
- 2.10 มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อช่วยหยิบจับ
อวัยวะ หรือเครื่องมือที่มีความเปียก
- 2.11 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. หากเป็นผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FDA อเมริกา , ยุโรป หรือเอเชีย
- 2.12 ถุงมือจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี เมื่อนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่น



(นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา)



(นางสาวกรองแก้ว โคตรภูเวียง)



(นางลมโซย บุทธยงค์)



- 2.13 ผู้จำหน่ายจะต้องนำถุงมือที่จะจำหน่ายมาเป็นตัวอย่างในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค ขนาดละ 1 PACK เป็นอย่างน้อย
- 2.14 ถุงมือต้องบรรจุเป็นคู่ในซองที่ปิดสนิทไม่มีรอยฉีกขาด สามารถป้องกันความปราศจากเชื้อไว้ได้ในการขนส่ง และการเก็บรักษาในภาวะปกติ บรรจุในกล่องกระดาษที่ระบุชื่อ ยี่ห้อ ถุงมือ พร้อมวันผลิต และวันหมดอายุ
- 2.15 กรณีที่ถุงมือส่งมอบมีปัญหา ผู้ขายต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้ทั้งหมด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลขอนแก่น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

3. กำหนดส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

4. วงเงินในการจัดหา

4,214,000.-บาท

5. หลักประกันของ


210,700.-บาท

6. ระยะเวลาการยื่นราคา


60 วัน

7. คุณสมบัติเฉพาะและจำนวนที่ต้องการ


- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 7.1 | ถุงมือยางๆ ขนาดเบอร์ 6 | จำนวน 1,800 โหล |
| 7.2 | ถุงมือยางๆ ขนาดเบอร์ 6.5 | จำนวน 8,000 โหล |
| 7.3 | ถุงมือยางๆ ขนาดเบอร์ 7 | จำนวน 7,000 โหล |
| 7.4 | ถุงมือยางๆ ขนาดเบอร์ 7.5 | จำนวน 4,000 โหล |
| 7.5 | ถุงมือยางๆ ขนาดเบอร์ 8 | จำนวน 700 โหล |



(นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา)



(นางสาวกรองแก้ว โคตรภูเวียง)




(นางลมโซย บุทธรงค์)




หมายเหตุ


ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถึงวันที่ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือทาง โทรสาร 0-4324-1463 ทั้งนี้จะต้องระบุ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาด้วย



(นายวีเชิร เทียนจารุวัฒนา)



(นางสาวกรองแก้ว โคตรภูเวียง)



(นางลมไชย ยุทธยงค์)

